



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΠΟ 16-07-2021 ΕΩΣ 23-07-2021

Προεκτάσεις ορού PVC με άκρα σύνδεσης luer lock, διαφανείς, με διάμετρο 3x4 mm περίπου, αντοχή σε πιέσεις 250psi, σε μήκος 100cm, με πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές).