



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ , AGILIA VP MC**

ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 23-07-2021 ΕΩΣ 30-07-2021

Να είναι σε αποστειρωμένες συσκευασίες μιας χρήσης, από διάφανο υλικό, ελευθερο latex, να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης και να είναι κατάλληλα για μετάγγιση μέσω της συγκεκριμένης αντλίας Agilia.

Να διαθέτει φίλτρο εντος της συσκευής για αποφυγή μεταφοράς πηγματωνκ.λ.π.

Να έχει αρκετό μήκος σωλήνα για να υπάρχει απόσταση από τον ασθενή.

Να έχει ρυθμιστή ροής αίματος.

Το σετ να αποτελείται από ειδική κασέτα χορήγησης και συσκευή χορήγησης και να είναι συμβατό με την συγκεκριμένη αντλία Agilia

αυτόματης χορήγησης.

Να έχει κασέτα, διαφανή σταγονομετρικό θαλαμο,με διατρητικό ρύγχοςκαι φίλτρο.Ολισθαινον κλείστρο άμεσης διακοπής και σύνδεσης luer locker.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)