



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ (CR CASSETTES) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ DIRECTVIEW ELITE CR ΜΕ ΚΝ 53741151 ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ  
ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 24-06-2021 ΕΩΣ 01-07-2021**

1. Οι κασέτες του συστήματος να είναι συμβατές με τον σαρωτή κασετών φωσφόρου CARESTREAM, μοντέλο CR ELITE SYSTEM με κν 53741151.
2. Το είδος των πλακών φωσφόρου που χρησιμοποιείται να είναι άκαμπτες πινακίδες με επίστρωση φωσφόρου.
3. Ο μέγιστος αριθμός χρήσεων (κύκλος ζωής) κάθε κασέτας να είναι τουλάχιστον σαράντα χιλιάδες (40.000) χρήσεις, που συμβάλει στην μείωση του οικονομικού κόστους αντικατάστασης τους λόγω φθοράς από φυσιολογική χρήση τους.
4. Οι κασέτες να έχουν ενσωματωμένη μνήμη (memory chip) για την καταχώρηση των στοιχείων του ασθενούς και των δεδομένων της εξέτασης από το σταθμό εισαγωγής στοιχείων.
5. Διαστάσεις κασετών:  
CASSETTE 35X43CM PQ FULL  
DV CR CASSETTE 24X30CM  
DV CR CASSETTE 35X35CM

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)