



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

**ΑΠΟ 05-08-2021 ΕΩΣ 12-08-2021**

Προεκτάσεις ορού PVC , με άκρα σύνδεσης female luer lock και male luer lock, διαφανείς, με εσωτερική διάμετρο 3 mm περίπου, εξωτερική διάμετρο 4mm περίπου, αντοχή σε πιέσεις 250psi, σε μήκος 100cm, με πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, μιας χρήσεως, σε αποστειρωμένη συσκευασία, latex free, DEHP free, ελεύθερες πυρετογόνων.

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές).