



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ
ΜΠΑΛΟΝΙ
ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 07-07-2021 ΕΩΣ 13-07-2021**

1. Να έχει χαμηλό εξωτερικό προφίλ.
2. Να διαθέτει βαλβίδα που να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση.
3. Να είναι έτσι ώστε να μειώνονται οι γαστρικές διαφυγές και να μην υπάρχει απώλεια σίτισης.
4. Το μπαλόνι συγκράτησης να έχει τέτοιο σχήμα ώστε να καλύπτει καλά το εσωτερικό στόμιο του συριγγίου της στομιας έτσι ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο στο στομάχι.
5. Να υπάρχει ασφαλή εφαρμογή ανάμεσα στον δίσκο στήριξης και τον σωλήνα μπαίνοντας σαν κώνος μέσα σε αυτό.
6. Να έχει σκληρυντικό στειλεό εισαγωγής διαφορετικού χρώματος για διευκόλυνση της τοποθέτησης.
7. Να υπάρχει μια σήμανση ώστε η σύνδεση του σωλήνα σίτισης και των προεκτάσεων να είναι σωστή και να μην χάνει το υλικό τα χαρακτηριστικά του μεγέθους του.
8. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλήρωση του μπαλονιού ,7εως 15ml,ωστε να εφαρμόζει καλά. Το σημείο πλήρωσης του μπαλονιού να βρίσκεται μακριά από το σώμα για να μειώνεται ο ερεθισμός στο σημείο της στομιας.
9. Να υπάρχει κάποιο φωτεινό σημείο ώστε να διευκολύνεται η νυχτερινή σίτιση. Το σετ να διαθέτει μια σύριγγα σίτισης, ένα σκληρυντικό στειλεό, ένα σωλήνα σίτισης και ένα αποσυμπιέσης με συνδέσεις EN/FIT και catheter tip .

Να έχει διάμετρο 14FRκαι μήκος 1.5cm.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)