



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΠΟ 08-07-2021 ΕΩΣ 13-07-2021

1. Σετ σπόγγου αργύρου (ελεύθερου σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης : να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη, διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.
 - a) Σπόγγος αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small 10x7.5x3.3
 - b) Σπόγγος αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium 18x12.5x3.3
 - c) Σπόγγος αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης large 26x15x3.3

2. Δοχείο συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζελ και ένα ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml και να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων / επιδέσμων.
 - a) Χωρητικότητα 400ml
 - b) Χωρητικότητα 800ml
 - c) Χωρητικότητα 1100ml

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές).